PathoDx
Lames témoin pour chlamydia

REF R62205 **FR**

1. DOMAINE D'APPLICATION

Les lames témoin supplémentaires pour chlamydia PathoDx™ sont conçues pour être utilisées avec le kit d'échantillonnage direct de la chlamydia PathoDx, lequel contient tous les composants nécessaires aux tests. Ces réactifs constituent des composants de remplacement. **Pour plus d'informations et pour une utilisation correcte de ce produit, se référer au mode d'emploi fourni avec le kit d'échantillonnage direct de la chlamydia PathoDx (R62220).**

2. DESCRIPTION, PREPARATION ET CONDITIONS DE CONSERVATION RECOMMANDEES

Voir également le paragraphe **Précautions et restrictions d'emploi**.

Conserver entre 2 et 8°C.

CONTROL SLIDE **Lames témoin pour chlamydia**

Cinq lames vendues sous emballage individuel hermétique avec dessiccant. Chaque lame est dotée d'une cupule positive et d'une cupule négative. La cupule positive de la lame témoin contient des cellules McCoy non infectées fixées et des corps élémentaires *C. trachomatis* non activés. La cupule négative contient uniquement des cellules McCoy non infectées. Avant utilisation, amener la lame à température ambiante (entre 15 et 28°C) dans l'emballage. Retirer la lame à l'aide des bords uniquement.

3. PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS D'EMPLOI

IVD

Les réactifs sont destinés exclusivement au diagnostic *in vitro*.

Réservé à un usage professionnel.

Pour obtenir des informations sur les composants potentiellement dangereux, voir la fiche de sécurité fournie par le fabricant et l'étiquette du produit.

INFORMATIONS DE SECURITE

1. **Echantillons cliniques :** Les précautions de sécurité adéquates doivent être respectées lors de la manipulation et du traitement de tous les échantillons cliniques, du fait de la présence potentielle d'organismes vivants pathogènes. Manipuler les cultures susceptibles de contenir des virus infectieux conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
2. **Déchets :** Stériliser tous les déchets avant de les mettre au rebut conformément aux procédures de laboratoire standard et aux réglementations locales.

4. CONDITIONNEMENT

REF R62205.....Lames témoin pour chlamydia (boîte de 5)

Légende des symboles

REF	Numéro de référence
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro
LAB	Utilisation en laboratoire
	Consulter le mode d'emploi
	Limite de température
LOT	Code de lot
	A utiliser avant le
	Fabricante

PathoDx est une marque de commerce déposée de Remel Inc.

IFU X7783 Révisé Novembre 2012

Remel Europe Ltd.
Clipper Boulevard West, Crossways
Dartford, Kent, DA2 6PT
UK

Pour obtenir une assistance technique, contacter le distributeur local.